



Warszawa, dnia 26.02.2015 r.

TA/ZP-7/2015

Wykonawcy

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na opracowanie oraz wybudowanie stanowiska do badania parametrów drabin

WYJAŚNIENIA

Zamawiający, działając zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.), przekazuje następujące informacje w związku z pytaniami złożonymi w przedmiotowym postępowaniu:

W nawiązaniu do przetargu na opracowanie oraz wybudowanie stanowiska do badania parametrów drabin nr: TA/ZP-7/2015 zwracam się z prośbą o sprecyzowanie parametru dot. wagi laboratoryjnej, ponieważ wagi o takim parametrze nie istnieją tzn. dokładność 5g w zakresie do 150 kg (informacja potwierdzona u producenta wag laboratoryjnych RADWAG). Proszę się upewnić czy nie wkradł się błąd do SIWZ przy ustalaniu parametru wagi.

Zamawiający informuje, że zmianie ulega zapis w Załączniku nr 1 do SIWZ w Tabeli 3 w punkcie 5 „Wymagane jest by Stanowisko miało, co najmniej następujące elementy i cechy:

było: „waga laboratoryjna w zakresie do 150 kg o dokładności co najmniej 5 g”

jest: „waga elektroniczna, przemysłowa, platformowa 4-czujnikowa o zakresie do 150 kg z dokładnością odczytu 50 g, o wymiarach szalki co najmniej 1000 x 1000 mm”.

Jednocześnie, Zamawiający informuje, że na stronie internetowej ciop.pl- BIP – zamówienia publiczne – zakładka TA/ZP-7/2015 przetarg nieograniczony na opracowanie oraz wybudowanie stanowiska do badania parametrów drabin, zamieszczony został Załącznik nr 2 do SIWZ Formularz oferty po zmianach. Zamawiający wymaga, aby oferta została złożona przez Wykonawcę na Formularzu oferty po zmianach.

Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.